

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Dangerous Good - 6-component ICP Interference Check Standard 7 at 1,000 µg/mL 500 mL Contains: HPS-INFCS-7-500**

Artikelname	Dangerous Good - 6-component ICP Interference Check Standard 7 at 1,000 µg/mL 500 mL Contains:
Artikelnummer	HPS-INFCS-7-500
Hersteller Artikelnummer	INFCS-7-500
Alternativnummer	HPS-INFCS-7-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Interference Chk Std 7 in 5% HNO <sub>3</sub> , Aluminium, Calcium, Iron, Magnesium, Potassium, Sodium in 5% HNO <sub>3</sub> . 12 months expiry date. Traceable to NIST 31XX series. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited....