

Diagnostica Vertrieb GmbH, Oehleckerring 11-13

22419 Hamburg, Germany

**Telephone:** +49 (0)89 3799666-6 | **Fax:** +49 (0)89 3799666-99

E-Mail: info@biozol.de

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## **Product Datasheet**

## Holmium (Ho) ICP-MS Standard at 10 $\mu$ g/mL in 2% HNO3 Preis auf Anfrage HPS-10-23-1-500

Artikelname	Holmium (Ho) ICP-MS Standard at 10 $\mu g/mL$ in 2% HNO3 Preis auf Anfrage
Artikelnummer	HPS-10-23-1-500
Hersteller Artikelnummer	10-23-1-500
Alternativnummer	HPS-10-23-1-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Ho 10 $\mu$ g/mL in 2% HNO3 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3123. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited