

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Antimony (Sb) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HNO₃ + 2% HF 100 mL HPS-10M2-3-100

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Antimony (Sb) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HNO ₃ + 2% HF 100 mL |
| Artikelnummer | HPS-10M2-3-100 |
| Hersteller Artikelnummer | 10M2-3-100 |
| Alternativnummer | HPS-10M2-3-100-100 |
| Hersteller | High Purity Standards |
| Kategorie | Biochemikalien |
| Produktbeschreibung | Sb 10,000 µg/mL in 10% HNO ₃ + 2% HF, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3102. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |