BIOZOL
Diagnostica Vertrieb GmbH, Oehleckerring 11-13
22419 Hamburg, Germany
Telephone: +49 (0)89 3799666-6 | **Fax:** +49 (0)89 3799666-99
E-Mail: info@biozol.de

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

11-component ICP Wavelength Calibration Standard Contains: HPS-WAVECAL-100

Artikelname	11-component ICP Wavelength Calibration Standard Contains:
Artikelnummer	HPS-WAVECAL-100
Hersteller Artikelnummer	WAVECAL-100
Alternativnummer	HPS-WAVECAL-100-100
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	ICP wavelength calibration Std in 2% HCl, (µg/mL) Arsenic, Lanthanum, Lithium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Scandium, Sodium at 20, Phosphorus, Potasium, Sulfur/Sulphur at 100 in 2% HCl. 12 months expiry date. Traceable to NIST 31XX series. ISO 900...