

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

CircuLex S100A7/Psoriasin ELISA Kit MBL-CY-8073

Artikelname	CircuLex S100A7/Psoriasin ELISA Kit
Artikelnummer	MBL-CY-8073
Hersteller Artikelnummer	CY-8073
Alternativnummer	MBL-CY-8073
Hersteller	MBL
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	ELISA
Produktbeschreibung	CircuLex S100A7/Psoriasin ELISA Kit...
Detektionsbereich	Dilution factors need to be taken into consideration in calculating the human S100A7/Psoriasin concentration. Results exceeding human S100A7/Psoriasin level of 90 ng/ml should be repeated with diluted samples.
Sensitivitaet	better than 0.12 ng/ml of sample.
NCBI	6278
Target-Kategorie	S100A7/Psoriasin