

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### CircuLex Human soluble LOX-1/OLR1 ELISA Kit MBL-CY-8081

Artikelname	CircuLex Human soluble LOX-1/OLR1 ELISA Kit
Artikelnummer	MBL-CY-8081
Hersteller Artikelnummer	CY-8081
Alternativnummer	MBL-CY-8081
Hersteller	MBL
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	ELISA
Produktbeschreibung	CircuLex Human soluble LOX-1/OLR1 ELISA Kit...
Detektionsbereich	Results exceeding free form human soluble LOXto1 level of 12 ng/ml should be repeated with diluted samples. Dilution factors need to be taken into consideration in calculating the human soluble LOXto1 concentration.
Sensitivitaet	better than 12.4 pg/mL of sample.
NCBI	<a href="#">4973</a>
Target-Kategorie	sLOX-1/OLR1