

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### 25-OH-Vitamin-D ELISA BVD-REA300-96-96-WELLS

Artikelname	25-OH-Vitamin-D ELISA
Artikelnummer	BVD-REA300-96-96-WELLS
Hersteller Artikelnummer	REA300/96
Alternativnummer	BVD-REA300-96, REA300-96
Hersteller	BioVendor
Kategorie	Humandiagnostik
Applikation	Serum, Plasma-Citrate, Plasma-Heparin, Plasma-EDTA
Detektionsbereich	4 - 120 ng/ml
Sensitivität	1.6 ng/ml
Tag	Distributed product
Lagerung	Store the complete kit at 2-8°C. Under these conditions, the kit is stable until the expiration date (see label on the box).
Target-Kategorie	25-OH-Vitamin-D
Anwendungsbeschreibung	Intra assay: n = 40, CV = 5.0 %. Inter assay: n = 10, CV = 7.8 %