

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Dangerous goods Beryllium (Be) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO<sub>3</sub> HPS-10005-1-500**

|                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Dangerous goods Beryllium (Be) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub>                                                                                     |
| Artikelnummer            | HPS-10005-1-500                                                                                                                                                       |
| Hersteller Artikelnummer | 10005-1-500                                                                                                                                                           |
| Alternativnummer         | HPS-10005-1-500-500                                                                                                                                                   |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                                 |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | Be 1000 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3105. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |