

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Multiplex Assay Kit for Cluster Of Differentiation 38 (CD38) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay) USC-LMA752HU**

Artikelname	Multiplex Assay Kit for Cluster Of Differentiation 38 (CD38) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay)
Artikelnummer	USC-LMA752HU
Hersteller Artikelnummer	LMA752Hu
Alternativnummer	USC-LMA752HU-96
Hersteller	Cloud-Clone
Kategorie	Kits/Assays
Spezies Reaktivität	Human
Produktbeschreibung	48T, 96T, 96T*5, 96T*10, 96T*100...
Detektionsbereich	0.1-100ng/mL
Sensitivitaet	The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.033 ng/mL
UniProt	<a href="#">P28907</a>
Proben	tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids
Anwendungsbeschreibung	FLIA Kit for Antigen Detection.