BIOZOL
Diagnostica Vertrieb GmbH, Oehleckerring 11-13
22419 Hamburg, Germany
Telephone: +49 (0)89 3799666-6 | **Fax:** +49 (0)89 3799666-99
E-Mail: info@biozol.de

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) CLIA Kit ABX491512

Artikelname	Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX491512
Hersteller Artikelnummer	abx491512
Alternativnummer	ABX491512-96TESTS, ABX491512-5X96TESTS, ABX491512-10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Human
Detektionsbereich	0.188 µIU/ml - 12 µIU/ml
Sensitivitaet	< 0.11 µIU/ml
Proben	Serum, plasma and other biological fluids.
Target-Kategorie	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)