

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Mouse Vitamin D Receptor (VDR) CLIA Kit ABX491531

Artikelname	Mouse Vitamin D Receptor (VDR) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX491531
Hersteller Artikelnummer	abx491531
Alternativnummer	ABX491531-96TESTS, ABX491531-5X96TESTS, ABX491531-10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Mouse
Detektionsbereich	0.312 ng/ml - 20 ng/ml
Sensitivitaet	< 0.113 ng/ml
Proben	Tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.
Target-Kategorie	Vitamin D Receptor (VDR)