

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Rat Vitamin D Receptor (VDR) CLIA Kit ABX491532

Artikelname	Rat Vitamin D Receptor (VDR) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX491532
Hersteller Artikelnummer	abx491532
Alternativnummer	ABX491532-96TESTS, ABX491532-5X96TESTS, ABX491532-10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Rat
Detektionsbereich	0.625 ng/ml - 40 ng/ml
Sensitivitaet	< 0.244 ng/ml
Proben	Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.
Target-Kategorie	Vitamin D Receptor (VDR)