BIOZOL
Diagnostica Vertrieb GmbH, Oehleckerring 11-13
22419 Hamburg, Germany
Telephone: +49 (0)89 3799666-6 | **Fax:** +49 (0)89 3799666-99
E-Mail: info@biozol.de

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Human Uromodulin ELISA
BVD-RD191163200R

Artikelname	Human Uromodulin ELISA
Artikelnummer	BVD-RD191163200R
Hersteller Artikelnummer	RD191163200R
Alternativnummer	BVD-RD191163200R-96
Hersteller	BioVendor
Wirt	Human
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	Serum, Urine, Plasma-Citrate, Plasma-Heparin, Plasma-EDTA
Spezies Reaktivität	Human
Produktbeschreibung	Sandwich ELISA, Biotin-labelled antibody...
Detektionsbereich	0.5-32 ng/ml
Sensitivitaet	0.12 ng/ml
Tag	BioVendor
Pubmed	<a href=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28151855 target=_blank rel=nofollow>28151855
Lagerung	Store the complete kit at 2–8°C. Under these conditions, the kit is stable until the expiration date (see label on the box).
Target-Kategorie	Uromodulin

Anwendungsbeschreibung	Intra assay: n = 8, CV = 2.0%. Inter assay: n = 6, CV = 6.4%. Spiking recovery: 95,70%. Dilution linearity: 99,90%